

Installationsanleitung Impulsabgriff für Zählwerk "D"

Installation instructions for pulse detection for counter "D"

Notice d'installation du capteur d'impulsion pour totalisateur "D"

Istruzioni per installazione del misuratore di impulsi "D"

Den Ring zum Impulsabgriff gemäß den Abbildungen auf dem jeweiligen Zählwerk aufstecken und mit Schraube und Klebplombe gegen unbefugtes Entfernen sichern.

Clipser la bague sur le totalisateur adéquat conformément au schéma, pour capter l'impulsion et sécuriser la avec une vis et une étiquette plomb pour éviter toutes manipulations frauduleuses.

Fix the ring for pulse detection at the respective counter according to the figures and secure the ring with the screw and the adhesive seal against unauthorized removal.

Fissare l'anello preposto alla misurazione degli impulsi sull'orologeria corrispondente secondo le illustrazioni e sigillare apponendo la piombatura contro tentativi di manomissione.


8-Rollenzählwerk

Counter with 8 rollers


Totalisateur 8 rouleaux

Orologeria a 8 rulli

1 l/Imp



10 l/Imp




7-Rollenzählwerk




Counter with 7 rollers

Totalisateur 7 rouleaux




Orologeria a 7 rulli






ETKD/ETWD



MTKD/MTKD-S



RTKD-S




Technische Daten: / Technical data: / Données techniques: / Dati tecnici:

Maximale Schaltspannung: 180 VDC
 Maximaler Schaltstrom: 500 mA
 Maximale Schalleistung: 10 W

Maximum Switched Voltage: 180 VDC
 Maximum Switched Current: 500 mA
 Maximum Switched Power: 10 W

Tension de coupure maximum: 180 VDC
 Courant maximal: 500 mA
 Puissance de coupure maximum: 10 W

Tensione massima: 180 VDC
 Corrente massima: 500 mA
 Potenza massima: 10 W



1: braun / brown / marron / marrone
 2: weiss / white / blanc / bianco

ZENNER International GmbH & Co. KG

Römerstadt 4
 D-66121 Saarbrücken

Telefon +49 681 99 676-30
 Telefax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com
 Internet www.zenner.com

ZENNER
 Alles, was zählt.